



Zabrze, dn. 29 lipca 2025r.

**Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę
organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu
i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko**

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.
41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na bloku operacyjnym

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 306/2019 r.
2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 103/2020 r.
3. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg z ramieniem C decyzja Nr 104/2020 r.
4. Decyzja Nr 89 – zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

4



**SZPITAL MIEJSKI
W ZABRZU**

Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
tel. 32 277 61 00
www.szpitalzabrze.pl
sekretariat@szpitalzabrze.pl

Kapitał zakładowy 188.660.250,00 zł
NIP 648-270-05-83
REGON 241127857
KRS 0000328484

Prezes Zarządu
tel. 32 277 61 02

Dyrektor ds. Finansowych
Prokurent
tel. 32 277 61 02

Dyrektor ds. Medycznych
tel. 32 277 61 02

Dyrektor ds. Techniczno-
Administracyjnych
tel. 32 277 61 02

Pielegniarka Naczelna
tel. 32 277 61 16

Dział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 32 277 61 12

Dział Organizacji Usług Medycznych
i Statystyki
tel. 32 277 61 04

Biuro Prawne
tel. 32 277 62 03

Dział Administracji Zamówień
i Logistyki
tel. 32 277 61 24

Dział Kadr i Płac
tel. 32 277 61 20

Sekcja Płac
tel. 32 277 61 13

Dział Planowania i Rozliczeń Usług
Personelu Medycznego
tel. 32 277 61 21

Dział Techniczno-Gospodarczy
tel. 32 277 61 23

Rzecznik Prasowy
tel. 32 277 62 00

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników. Z wykonanych pomiarów dozymetrycznych rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów sporządzono sprawozdania:

nr DL-376/HR-137/2019/01/S

nr TP-X/02/2020/07

nr TP-X/02/2020/08,

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Sporządził :

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Mgr Jolanta Gawlińska, MBA

Zatwierdził :

PREZES ZARZĄDU
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.